

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
АО «МПО им. И.Румянцева»

А.А. Пискунов

2018 г.

Техническое задание на закупку длинномеров пневматических в 18 цех

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика			
1.1. Наименование заказчика	АО «МПО им. И.Румянцева»		
1.2. Место нахождения заказчика	127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34		
1.3. Почтовый адрес заказчика	127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34		
1.4. Контакты инициатора закупки	По техническим вопросам: Гореликов Дмитрий Владимирович, тел.: +7(499)257-64-76 dmitryg@mporum.ru По вопросам проведения тендера: Михайлов Алексей Геннадиевич тел.: +7(499) 257- 67-15 tender@mporum.ru		
1.5. Наименование и место нахождения грузополучателя товара	АО «МПО им. Румянцева», г. Москва, ул. Расковой, д. 34		
2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг			
2.1. Предмет договора	Поставка четырех пневматических длинномеров (трех двухстоечных и одного трёхстоечного) ДП-100/40		
2.2. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг			
2.2.1. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, приведенным ниже:			
Основные технические характеристики пневматического длинномера ДП-100/40			
Общие характеристики указаны в Таблице 1.			
Таблица 1			
№	Наименование	Ед. измерения	Значение
Параметры сжатого воздуха			
1.	Давление	МПа (кгс/см ²)	0,35...0,6 (3,5...6)
2.	Класс чистоты	-	3
Параметры измерительной системы			
3.	Начальный измерительный зазор	мкм	130±5
4.	Начальный измерительный зазор – 1 сопло к 1 длинномеру (2 и более сопла к 1 длинномеру)	мм	1,55Н7 (1,3Н7)
5.	Расход воздуха	м ³ /с	37x10 ⁻⁵
Диапазоны измерений			
6.	Диапазон измерений	мкм	0...40
7.	Цена деления шкалы	мкм	0,5
8.	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности	мкм	±0,8
9.	Размах показаний	мкм	до 0,6
10.	Вертикальное колебание поплавка по окончании времени установления показаний	мкм	до 0,5
11.	Время установления показаний длинномера не должно превышать 3с при длине трубки соединительной	м	0,7±0,1
12.	Габаритные размеры	мм	108x108x510
13.	Масса длинномера	кг	3,8±0,1
14.	Время подготовки длинномера к работе	мин	не более 15

15.	Время непрерывной работы длинномера	час	до 16
16.	Полный средний срок службы	лет	не менее 6

3. Товар должен быть поставлен в соответствии со спецификацией, приведённой ниже

Спецификация товара

№	Наименование	Ед. изм.	кол-во
1.	Длинномер пневматический (двухстоечный) ДП-100/40	шт	3
2.	Длинномер пневматический (трёхстоечный) ДП-100/40	шт	1
3.	Блок подготовки воздуха	шт	6
	Услуги		
4.	Транспортировка в упаковке предотвращающей повреждения		4

3.1. Требования к поставщику

- Срок поставки оборудования в комплектации, указанной в п.3, не более 10(десять) недель;
- 1. Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств).
- 2. Поставляемые товары не должны иметь признаков контрафактности а именно: несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции на территории РФ Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет его оригинальности, контрафактности, в независимой экспертной организации или в авторизированном сервисном центре производителя оборудования.
- 3. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать размерам, качеству, комплектности техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.
- 4. Доставка продукции осуществляется по адресу: Россия, 127015, г. Москва, ул. Расковой, дом 34 за счет Поставщика и входит в стоимость товара.
- 5. В момент поставки продукции Поставщик должен передать Покупателю следующие документы:
 - счет-фактуру, товарную накладную или УПД;
 - документ, подтверждающий статус участника как официального представителя производителя (официального дистрибьютора или дилера).
- 6. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке, проведении погрузо-разгрузочных работ и последующее безопасное хранение.
- 7. Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключением случаев проверки и фасовки товара на партии.
- 8. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем заявке (спецификации), покупатель вправе отказаться от их принятия, оплаты и потребовать замены товара.
- 9. Частичная (не полная) поставка не допускается.


Согласовано:

**Заместитель начальника цеха №18 по
технологической части**



П.О. Линник

Подготовлено:
**Начальник ИНО
АО «МПО им. Румянцева»**



Д.В. Гореликов