

Технический директор
АО «МПО им. И.Румянцева»

А.А. Пискунов

2020г.

Техническое задание на проведение технического обслуживание рентгеновского аппарата РАП 150/300

1. Способ и форма закупки

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика

1.1. Наименование заказчика	АО «МПО им. И.Румянцева»
1.2. Место нахождения заказчика	127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34
1.3. Почтовый адрес заказчика	127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34
1.4. Наименование и место нахождения организации	АО «МПО им. Румянцева», г. Москва, ул. Расковой, д. 34

2. Предмет договора с указанием количества оказываемых услуг

2.1. Предмет договора	Комплексное техническое обслуживание рентгеновского аппарата РАП 150/300
-----------------------	--

2.2. Услуги должны соответствовать характеристикам приведенным ниже:

Таблица 1

Характеристики
Комплексное техническое обслуживание рентгеновского аппарата РАП150/300 1981 года выпуска сроком на 12 месяцев с периодичностью 1 (один) раз в месяц.
Комплексное техническое обслуживание охватывает виды работ, обеспечивающие поддержание работоспособности рентгеновского аппарата в процессе эксплуатации.
Комплексное техническое обслуживание состоит из: периодических технических осмотров; технического обслуживания; текущего ремонта.
Технические осмотры заключаются в определении работоспособности рентгеновского аппарата, проверке действия защитных устройств.
Техническое обслуживание предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей рентгеновского аппарата, обеспечение его работоспособности в период между очередными техническими обслуживаниями.
Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливается согласно эксплуатационной документации на рентгеновский аппарат.
Текущий ремонт включает в себя комплекс работ по восстановлению работоспособности рентгеновского аппарата, которые не требуют настройки, наладки или проверки параметров с применением измерительной техники, ремонта масляного насоса и высоковольтной части.

Главный металлург

С.А. Юдин

Согласовано:

Начальник УГМ

А.Б.Кудряшов

Зам. главного технолога

Е.А. Чернов

30.06.2020

02.07.2020